P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年07月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值							0.00	
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移	-0.08 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.08 %	0.08 %	0.15 %		0.25	-0.00	0.32 %
有效比率								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年07月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.12	2.68	70.94	0.19	19.32	10.73	1.38	64565.54
1	4.52	3.24	71.32	0.17	19.97	10.76	1.37	63425.62
2	7.94	3.97	70.45	0.17	18.68	11.30	1.36	60941.14
3	5.11	3.98	75.10	0.20	19.06	11.25	1.34	61059.07
4	4.88	5.48	63.34	0.18	20.53	10.42	1.34	63658.44
5	6.67	3.28	65.38	0.15	20.93	9.40	1.34	72322.02
6	8.37	8.82	65.32	0.14	21.08	9.26	1.34	73022.85
7	6.70	7.52	61.33	0.14	19.76	9.89	1.39	69638.44
8	11.38	4.30	65.52	0.15	19.52	9.74	1.43	72263.33
9	13.82	15.09	66.66	0.49	16.95	10.26	1.44	70115.57
10	13.57	6.96	67.87	0.50	16.66	10.91	1.44	64463.28
11	14.62	1.47	66.91	0.12	17.99	10.04	1.43	70309.76
12	17.69	14.29	66.46	0.69	17.16	10.44	1.41	64843.14
13	16.93	17.58	71.37	0.83	17.02	10.51	1.42	67787.28
14	15.05	13.05	69.87	0.43	17.87	10.38	1.42	68442.73
15	12.84	13.21	61.02	1.26	17.53	10.88	1.42	63861.42
16	10.43	3.94	66.83	0.14	19.46	10.16	1.43	69850.75
17	9.74	3.68	64.59	0.14	19.44	9.83	1.44	68743.36
18	5.85	3.41	75.31	0.17	18.52	10.95	1.42	63051.60
19	6.62	2.38	66.18	0.18	20.41	9.82	1.42	69594.67
20	7.42	4.86	61.35	0.14	18.91	9.87	1.42	68614.09
21	6.00	2.22	67.42	0.16	19.05	10.26	1.42	66674.96
22	4.77	2.21	77.79	0.18	18.82	10.94	1.43	63180.26
23	3.96	3.12	74.89	0.31	19.08	11.02	1.41	62980.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.17	6.28	68.05	0.30	18.90	10.38	1.40	66808.76
最 大 值	17.69	17.58	77.79	1.26	21.08	11.30	1.45	73022.85
發生時間	12	13	22	15	6	2		6
最 小 值	3.96	1.47	61.02	0.12	16.66	9.26	1.33	60941.14
發生時間	23	11	15	11	10	6		2
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.04 %	-0.06 %		0.01	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.00 %	0.05 %	-0.04 %	0.09 %		0.18	-0.04	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年07月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.29	6.63	72.17	2.83	16.82	11.43	1.33	81402.09
1	6.72	5.96	68.52	2.78	16.62	10.89	1.34	85580.49
2	7.45	5.80	64.48	2.83	17.31	11.06	1.32	85225.59
3	7.64	3.74	62.17	3.01	19.56	10.06	1.32	93999.30
4	8.22	8.03	58.68	3.01	19.60	9.36	1.32	100993.26
5	7.52	4.35	61.91	3.16	18.48	9.91	1.32	93625.39
6	8.77	4.45	59.86	3.31	18.68	9.60	1.32	95795.17
7	10.39	4.67	59.27	3.46	18.75	9.77	1.33	94690.60
8	7.61	5.89	59.84	2.79	16.40	10.65	1.37	86871.30
9	8.75	22.44	55.54	3.08	15.62	10.41	1.36	83802.98
10	7.79	3.49	59.94	2.88	15.86	10.87	1.40	80036.02
11	9.22	7.21	51.85	2.27	16.50	10.37	1.42	84841.53
12	20.59	28.78	60.52	7.32	13.75	10.56	1.43	79492.39
13	21.66	11.14	50.31	6.84	14.72	9.88	1.39	82513.95
14	11.77	2.90	44.76	3.28	17.12	9.71	1.36	83355.52
15	20.01	4.26	37.99	7.77	16.97	9.65	1.36	82416.58
16	12.28	5.62	43.86	3.09	16.09	10.20	1.34	80982.05
17	10.40	6.74	55.89	2.44	16.27	10.56	1.34	83907.69
18	6.41	4.88	72.07	2.33	16.22	11.20	1.35	79033.70
19	4.57	3.59	54.58	2.23	18.65	9.76	1.34	90123.54
20	4.70	10.07	53.74	2.11	16.34	10.47	1.35	83131.78
21	4.93	11.91	54.33	2.14	16.37	10.20	1.35	85678.43
22	5.22	4.62	64.45	2.27	16.30	10.98	1.34	81295.35
23	2.63	9.38	81.10	2.50	16.43	12.15	1.36	76362.64
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.19	7.77	58.66	3.32	16.89	10.40	1.35	85631.56
最 大 值	21.66	28.78	81.10	7.77	19.60	12.15	1.44	100993.26
發生時間	13	12	23	15	4	23		4
最 小 值	2.63	2.90	37.99	2.11	13.75	9.36	1.30	76362.64
發生時間	23	14	15	20	12	4		23
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.01	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.07 %	0.10 %	0.16 %		0.25	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %