P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.83	2.88	57.51	4.70	16.61	11.30	0.85	106492.26
1	3.81	2.44	62.88	4.75	17.73	11.73	0.84	102138.33
2	5.62	2.66	61.35	5.06	15.26	11.62	0.84	105685.30
3	6.23	3.25	58.55	5.26	14.53	11.60	0.87	104942.16
4	6.77	11.91	55.11	5.17	15.18	11.42	0.85	106972.44
5	11.01	3.58	54.64	5.32	15.48	11.29	0.85	108597.60
6	6.70	2.32	58.94	4.98	15.75	11.11	0.84	109118.21
7	6.24	10.75	54.21	4.96	16.01	10.95	0.87	105787.67
8	4.86	7.28	52.84	4.81	15.86	11.25	0.87	104900.42
9	6.97	3.66	53.21	5.30	14.91	11.12	0.82	107765.40
10	9.80	4.38	54.34	5.81	13.98	11.46	0.88	104232.69
11	16.69	9.02	53.63	6.15	14.43	11.26	0.85	105935.44
12	13.31	10.74	54.85	5.41	14.89	11.23	0.85	106286.43
13	7.14	22.22	47.90	5.13	14.95	11.13	0.87	106423.68
14	6.06	14.79	48.91	5.05	15.51	10.81	0.89	106049.56
15	11.75	14.90	45.54	5.75	14.67	11.07	0.90	100552.15
16	10.80	3.25	48.13	5.33	15.31	10.80	0.89	103095.75
17	9.71	2.47	50.30	5.23	15.26	10.82	0.88	103039.03
18	6.14	3.30	49.06	4.84	15.46	11.08	0.92	100865.68
19	4.49	2.37	52.43	4.54	16.11	10.91	0.91	105328.39
20	6.95	3.42	52.02	5.22	14.91	11.20	0.87	105993.58
21	11.48	2.85	54.65	5.71	14.94	11.22	0.88	103651.14
22	9.16	2.86	52.54	5.45	15.18	11.43	0.85	104619.06
23	5.54	2.68	63.14	4.65	16.40	11.28	0.80	107203.78
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.04	6.25	54.03	5.19	15.39	11.21	0.86	105236.51
最 大 值	16.69	22.22	63.14	6.15	17.73	11.73	0.94	109118.21
發生時間	11	13	23	11	1	1		6
最 小 值	3.81	2.32	45.54	4.54	13.98	10.80	0.78	100552.15
發生時間	1	6	15	19	10	16		15
零點偏移	-0.15 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.11	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.28 %	0.19 %	0.03 %	0.10 %		-0.12	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.08	2.72	77.22	4.52	16.54	11.52	0.72	79549.45
1	0.87	33.09	67.94	4.60	15.97	11.56	0.76	80603.80
2	0.92	2.96	73.91	4.48	14.29	11.60	0.79	82226.38
3	1.07	5.16	71.46	4.67	14.44	11.78	0.80	80501.95
4	1.72	15.71	71.21	4.87	13.33	11.70	0.68	81262.02
5	1.84	1.59	74.22	4.81	14.34	11.84	0.68	79345.86
6	1.21	48.99	67.89	5.01	14.89	11.43	0.71	82586.87
7	1.11	2.03	73.90	4.52	14.51	11.46	0.72	82658.81
8	1.15	53.46	67.45	4.71	14.09	11.73	0.70	80218.02
9	1.23	15.93	75.16	4.57	13.99	11.66	0.73	80206.48
10	1.80	11.33	70.76	4.65	13.56	11.60	0.73	82094.71
11	2.07	5.42	71.40	4.71	13.46	11.64	0.72	80857.88
12	1.91	12.71	68.26	4.60	14.27	11.64	0.74	80423.85
13	1.69	33.55	76.25	4.80	13.65	11.76	0.76	79786.47
14	3.40	8.77	93.63	5.40	12.90	11.91	0.76	78951.44
15	2.31	14.79	70.50	4.85	14.19	11.67	0.76	80252.53
16	1.56	1.13	76.50	4.73	13.45	11.95	0.71	78354.88
17	1.46	0.82	78.34	4.71	14.31	11.90	0.75	78558.13
18	1.30	1.14	73.62	4.52	15.86	11.51	0.85	81112.94
19	1.16	14.09	74.43	4.58	15.01	11.47	0.80	81160.57
20	1.69	10.20	71.99	4.93	13.63	11.75	0.69	80164.86
21	2.72	12.80	73.91	5.06	13.74	11.69	0.71	80260.30
22	1.83	1.27	73.47	4.67	14.43	11.67	0.71	80221.67
23	1.37	9.86	76.63	4.44	15.81	11.38	0.75	82240.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.60	13.31	73.75	4.73	14.36	11.66	0.74	80566.68
最 大 值	3.40	53.46	93.63	5.40	16.54	11.95	1.28	82658.81
發生時間	14	8	14	14	0	16		7
最 小 值	0.87	0.82	67.45	4.44	12.90	11.38	0.60	78354.88
發生時間	1	17	8	23	14	23		16
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.03 %		-0.08	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.14 %	0.08 %	0.00 %	-0.04 %		-0.37	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.42	1.51	104.93	6.41	21.84	9.05	1.22	101463.19
1	8.22	7.13	84.24	6.79	21.30	9.37	1.19	99813.02
2	12.16	22.95	79.96	7.64	19.75	9.20	1.18	91427.13
3	22.91	23.60	80.68	8.05	18.95	9.25	1.19	96011.63
4	18.73	41.30	68.26	8.19	19.20	8.64	1.19	85266.90
5	19.06	8.04	84.74	8.16	19.41	9.25	1.18	90137.68
6	21.53	11.92	79.52	7.45	19.34	9.18	1.17	92427.07
7	22.15	4.02	78.18	7.86	18.55	9.45	1.19	87767.26
8	17.66	4.12	77.53	7.57	18.36	9.43	1.23	87188.58
9	21.46	10.23	74.13	7.28	19.07	8.86	1.26	92798.81
10	29.02	47.70	77.67	9.26	17.62	9.18	1.24	85709.78
11	18.98	26.68	79.33	7.55	17.47	9.28	1.25	86788.37
12	14.47	9.04	81.69	7.04	20.53	8.60	1.30	94204.07
13	16.21	2.74	83.63	7.15	19.16	9.19	1.34	93029.12
14	19.42	18.62	79.30	8.32	18.00	9.39	1.33	91317.33
15	13.49	17.54	76.40	7.49	19.89	8.73	1.29	89648.74
16	18.80	2.11	83.30	7.34	19.30	8.81	1.26	89385.67
17	15.78	2.72	80.41	7.17	18.92	9.18	1.25	86043.72
18	7.13	2.01	85.99	6.49	21.05	8.89	1.22	87454.53
19	6.65	5.79	85.06	6.53	20.27	8.58	1.27	95252.74
20	18.19	4.08	87.55	7.17	18.83	9.23	1.30	90577.03
21	19.34	8.12	76.31	7.17	19.33	8.85	1.23	89767.30
22	10.16	1.81	80.59	6.90	20.02	8.79	1.24	89687.19
23	10.72	1.94	89.07	7.11	20.19	9.10	1.25	92044.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.19	11.91	81.60	7.42	19.43	9.06	1.24	91050.48
最 大 值	29.02	47.70	104.93	9.26	21.84	9.45	1.38	101463.19
發生時間	10	10	0	10	0	7		0
最 小 值	6.42	1.51	68.26	6.41	17.47	8.58	1.15	85266.90
發生時間	0	0	4	0	11	19		4
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.04 %	-0.05 %		-0.06	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.04 %	-0.00 %	0.09 %	0.05 %		0.04	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %